

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  
«ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ»**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:**

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ";**

Україна, Харківська область, Харків, 61019, ВУЛИЦЯ ВРУБЕЛЯ, будинок 42-А.;  
код за ЄДРПОУ — 02003617;

категорія замовника — Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

**Код ДК 021:2015 — 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Комплекс рентгенівський діагностичний МЕДИКС ( Дк 021-2015: 50421200-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування рентгенологічного обладнання)**

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:**

**Відкриті торги з особливостями UA-P-2023-05-02-003011-b**

**Очікувана вартість, бюджетне призначення та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 15 80,00 грн. з ПДВ..**

*Очікувана вартість закупівлі визначена відповідно до закупівельної ціни минулих періодів - укладених договорів та інших організаторів закупівель, як вже виконаних, так і діючих.*

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

Термін постачання з дати укладання договору по 31 грудня 2023 р.

№/№	Найменування	одиниця вимірювання	Кількість
1.	Технічне обслуговування Комплексу рентгенівський діагностичний МЕДИКС	Послуга	3
	Всього	Послуга	3



**Періодичність ТО**

Найменування апарату	Заводський №	Періодичність ТО
<b>Технічне обслуговування Комплекс рентгенівський діагностичний МЕДИКС</b>	<b>10177</b>	Щокварталу

**Перелік робіт по ТО та дрібного ремонту на медичному рентгенівському обладнанні.**

Привід підйому траверси	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Візуальний огляд: знос коретки, гвинта гайки, гайки, направляючих.</li> <li>2. Видалити стару змазку з ходового гвинта і нанести нову.</li> <li>3. Перевірка редуктора підйомного механізму.</li> <li>4. Регулювання приводу підйомника.</li> <li>5. Перевірка і регулювання кінцевих вимикачів.</li> </ol>
Привід коліматора	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Візуальний огляд: знос коретки, гвинта гайки, гайки, направляючих.</li> <li>2. Видалити стару змазку з ходового гвинта і нанести нову.</li> <li>3. Перевірка і регулювання кінцевих вимикачів (оптичні вимикачі).</li> </ol>
Автоматизоване робоче місце (АРМ)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Чищення комп'ютерного обладнання від пилу.</li> <li>2. Перевірка комп'ютерів на віруси та їх лікування.</li> <li>3. Оптимізація системи.</li> <li>4. Перевірка працездатності мережі.</li> </ol>
Медичне обладнання взагалі	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перевірка контактів заземлюючого контуру та силових проводів.</li> <li>2. Перевірка якості прижиму контактів в мережному щитку.</li> <li>3. Перевірка та підтягування резинових ущільнень на випромінювачі, при необхідності їх заміна.</li> <li>4. Перевірка та додавання ізолюючого мастила в високовольтні отвори випромінювача, при необхідності.</li> <li>5. Перевірка рівня мастила у випромінювачі, при необхідності додавання.</li> <li>6. Перевірка рівня мастила у генераторному пристрої, при необхідності додавання.</li> <li>7. Перевірка та регулювання значень Uф (кВ), Ia (мА), Q (мАс).</li> <li>8. Перевірка роботи цифрової камери.</li> </ol>

Уповноважена особа

Економіст з фінансової роботи



Вікторія РОЖДЕСТВЕНСЬКА
