

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
«ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ»**

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ";

Україна, Харківська область, Харків, 61019, ВУЛИЦЯ ВРУБЕЛЯ, будинок 42-А.;

код за ЄДРПОУ — 02003617;

категорія замовника — Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Код ДК 021:2015 — 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Технічне обслуговування Комплекс рентгенівський діагностичний МЕДИКС, Комплекс рентгенівський діагностичний РУМ-20М, апарат рентгенівський діагностичний пересувний «Mobil X-ray» (Дк 021-2015: 50421200-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування рентгенологічного обладнання)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями UA-2024-01-04-001711-a

Очікувана вартість, бюджетне призначення та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 64 000,00 грн. з ПДВ..

Очікувана вартість закупівлі визначена відповідно до закупівельної ціни минулих періодів - укладених договорів та інших організаторів закупівель, як вже виконаних, так і діючих; з урахуванням індексу інфляції.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

№/№	Найменування	одиниця вимірювання	Кількість
1.	<i>Технічне обслуговування Комплекс рентгенівський діагностичний МЕДИКС</i>	Послуга	4
2.	<i>Комплекс рентгенівський діагностичний РУМ-20М</i>	Послуга	4
3.	<i>Апарат рентгенівський діагностичний пересувний «Mobil X-ray»</i>	Послуга	4
	<i>Всього</i>	<i>Послуга</i>	<i>12</i>

Строк надання послуг до 31 грудня 2024 року включно

Періодичність ТО

Найменування апарату	Заводський №	Періодичність ТО
Технічне обслуговування Комплекс рентгенівський діагностичний МЕДИКС	10177	Щокварталу
Комплекс рентгенівський діагностичний РУМ-20М	5121013	Щокварталу
Апарат рентгенівський діагностичний пересувний «Mobil X-ray»	C8-24001214	Щокварталу

Перелік робіт по ТО та дрібного ремонту на медичному рентгенівському обладнанні.

Привід підйому траверси	<ol style="list-style-type: none">1. Візуальний огляд: знос коретки, гвинта гайки, гайки, направляючих.2. Видалити стару змаску з ходового гвинта і нанести нову.3. Перевірка редуктора підйомного механізму.4. Регулювання приводу підйомника.5. Перевірка і регулювання кінцевих вимикачів.
Привід коліматора	<ol style="list-style-type: none">1. Візуальний огляд: знос коретки, гвинта гайки, гайки, направляючих.2. Видалити стару змаску з ходового гвинта і нанести нову.3. Перевірка і регулювання кінцевих вимикачів (оптичні вимикачі).
Автоматизоване робоче місце (АРМ)	<ol style="list-style-type: none">1. Чищення комп'ютерного обладнання від пилу.2. Перевірка комп'ютерів на віруси та їх лікування.3. Оптимізація системи.4. Перевірка працездатності мережі.
Медичне обладнання взагалі	<ol style="list-style-type: none">1. Перевірка контактів заземлюючого контуру та силових проводів.2. Перевірка якості прижиму контактів в мережному щитку.3. Перевірка та підтягування резинових ущільнень на випромінювачі, при необхідності їх заміна.4. Перевірка та додавання ізолюючого мастила в високовольтні отвори випромінювача, при необхідності.5. Перевірка рівня мастила у випромінювачі, при необхідності додавання.6. Перевірка рівня мастила у генераторному пристрої, при необхідності додавання.7. Перевірка та регулювання значень Uф (кВ), Ia (мА), Q (мАс).8. Перевірка роботи цифрової камери.

Виїзд спеціаліста, доставка запчастин здійснюється за рахунок Виконавця.

Медичний директор

Ініціатор закупівлі

Ірина СИМОНОВА

Уповноважена особа

Економіст з фінансової роботи

Вікторія РОЖДЕСТВЕНСЬКА