

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  
«ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ»**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:**

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ";**

**Україна, Харківська область, Харків, 61019, ВУЛИЦЯ ВРУБЕЛЯ, будинок 42-А.;**

**код за ЄДРПОУ — 02003617;**

**категорія замовника — Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади**

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

***Код ДК 021:2015 — 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Технічне обслуговування Комплекс рентгенівський діагностичний МЕДИКС, Комплекс рентгенівський діагностичний РУМ-20М, апарат рентгенівський діагностичний пересувний «Mobil X-ray» ( Дк 021-2015: 50421200-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування рентгенологічного обладнання)***

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:**

***Відкриті торги з особливостями [UA-2025-01-28-005385-a](#)***

**Очікувана вартість, бюджетне призначення та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: *77 280,00 грн. з ПДВ.***

*Очікувана вартість закупівлі визначена відповідно до закупівельної ціни минулих періодів - укладених договорів та інших організаторів закупівель, як вже виконаних, так і діючих; з урахуванням індексу інфляції.*

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затверджені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

№/№	Найменування	одиниця вимірювання	Кількість
1.	<b><i>Технічне обслуговування Комплекс рентгенівський діагностичний МЕДИКС</i></b>	Послуга	4
2.	<b><i>Комплекс рентгенівський діагностичний РУМ-20М</i></b>	Послуга	4
3.	<b><i>Апарат рентгенівський діагностичний пересувний «Mobil X-ray»</i></b>	Послуга	4
	<b><i>Всього</i></b>	<b><i>Послуга</i></b>	<b><i>12</i></b>

Строк надання послуг до 31 грудня 2025 року включно

Періодичність ТО

Найменування апарату	Заводський №	Періодичність ТО
<i>Технічне обслуговування Комплекс рентгенівський діагностичний МЕДИКС</i>	<i>10177</i>	Щокварталу
<i>Комплекс рентгенівський діагностичний РУМ-20М</i>	<i>5121013</i>	Щокварталу
<i>Апарат рентгенівський діагностичний пересувний «Mobil X-ray»</i>	<i>C8-24001214</i>	Щокварталу

**Перелік робіт по ТО та дрібного ремонту на медичному рентгенівському обладнанні.**

Привід підйому траверси	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Візуальний огляд: знос коретки, гвинта гайки, гайки, направляючих.</li><li>2. Видалити стару змаску з ходового гвинта і нанести нову.</li><li>3. Перевірка редуктора підйомного механізму.</li><li>4. Регулювання приводу підйомника.</li><li>5. Перевірка і регулювання кінцевих вимикачів.</li></ol>
Привід коліматора	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Візуальний огляд: знос коретки, гвинта гайки, гайки, направляючих.</li><li>2. Видалити стару змаску з ходового гвинта і нанести нову.</li><li>3. Перевірка і регулювання кінцевих вимикачів (оптичні вимикачі).</li></ol>
Автоматизоване робоче місце (АРМ)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Чищення комп'ютерного обладнання від пилу.</li><li>2. Перевірка комп'ютерів на віруси та їх лікування.</li><li>3. Оптимізація системи.</li><li>4. Перевірка працездатності мережі.</li></ol>
Медичне обладнання взагалі	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Перевірка контактів заземлюючого контуру та силових проводів.</li><li>2. Перевірка якості прижиму контактів в мережному щитку.</li><li>3. Перевірка та підтягування резинових ущільнень на випромінювачі, при необхідності їх заміна.</li><li>4. Перевірка та додавання ізолюючого мастила в високовольтні отвори випромінювача, при необхідності.</li><li>5. Перевірка рівня мастила у випромінювачі, при необхідності додавання.</li><li>6. Перевірка рівня мастила у генераторному пристрої, при необхідності додавання.</li><li>7. Перевірка та регулювання значень <math>U_f</math> (кВ), <math>I_a</math> (мА), <math>Q</math> (мАс).</li><li>8. Перевірка роботи цифрової камери.</li></ol>

Виїзд спеціаліста, доставка запчастин здійснюється за рахунок Виконавця.